



ZOLL®

De ZRB is afgelopen jaar geheel over gegaan op het gebruik van Zoll AED's. Deze AED's hingen al enige tijd op beide posten en sinds kort zijn ook beide AED's in de voertuigen door een Zoll AED vervangen.

Het is belangrijk om het apparaat goed te verkennen. In principe doen alle AED's hetzelfde en voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad. Toch zitten er tussen elk model AED wel kleine gebruikers verschillen. Van de Zoll is ook een oefen AED beschikbaar die tijdens Eerste Hulp lessen en vakbekwaamheidsavonden gebruikt zal worden.

Bijvoorbeeld Zoll AED:



- Open de deksel waar de pads inzitten



- Zet de AED aan door middel van de aan knop!

AED gebruik na inzet.

- Als de AED gebruikt is bij een inzet van een reanimatie moet deze omgeruild worden op de Kazerne
- De reserve AED staat klaar in de stelling waar ook de reserve zuurstoffles staat.
- Na omruilen dit direct melden via zuurstof@zrb.info